

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ

Комисија за јавну набавку добара – Технолошка опрема и технолошки мобилијар

Јавна набавка број: ОК-4/2017

Број: 592/8

Датум: 27.11.2017.

Предмет: додатне информације и појашњења у вези са јавном набавком добара, бр. јавне набавке: ОК-4/2017

Дана 24.11.2017 заинтересовано лице је електронским путем упутило захтев за додатним информацијама и појашњењима у вези са јавном набавком добара – Технолошка опрема и технолошки мобилијар, број јавне набавке: ОК-4/2017. следеће садржине:

**I
ПИТАЊЕ**

На страни 48, тачка 3.1. написали сте да рок набавке не може да буде дужи од 15 дана од дана пријема захтева за набавку намештаја а најкасније до 31.12. Како је предмет набавке лабораторијски намештај – дигестори, доста столова, судопера и додатних елемената. као и сигурносних ормана који су из увоза (од инопартнера роба ако се наручи после 10. Децембра због божићних и новогодишњих празника, како њихових тако и наших, реално не могу да стигну пре 20.јанура следеће године) молимо вас да рок испоруке померите до 31.01.2018.

ОДГОВОР

Наручилац је одредио рок за набавку лабораторијског намештаја у Конкурсној документацији. Имајући у виду да се одређене позиције у оквиру партије бр. 2. прибављају од иностраних партнера, те да је у складу са тим потребан дужи временски период како би се ставке реализовале и доставиле Наручиоцу, потребно је да изабрани понуђач са којим је закључен Уговор о јавној набавци достави доказ да је упутио захтев за набавку свих ставки које се прибављају од иностраних партнера, као и потврду датума испоруке, у складу са захтевима из конкурсне документације, а имајући у виду предстојеће божићне и новогодишње празнике.

**II
ПИТАЊЕ**

На страни 43, техничке карактеристике партија 2, ставка 7. Дигестори, написали сте да су дигестори комплетно направљен од метала који је пластифициран. Молимо вас да појасните да ли сте мислили да дигестор има металну пластифицирану конструкцију или да сам буде комплетно металан?

ОДГОВОР

Дигестор треба да има металну пластифицирану конструкцију од прохромског лима који је споља пластифициран ради лакшег одржавања.


**III
ПИТАЊЕ**

На страни 46, техничке карактеристике партија 2, ставке 15. и 16. Да ли за наведене сигурносне ормане треба и вентилација?

ОДГОВОР

Уколико се питање у вези са ставкама 15. и 16. из табеле у оквиру партије бр. 2, односи на спољну вентилацију, Наручилац истиче да није потребна спољна вентилација. У орману треба да постоји само интегрисан вентилатор за спољну вентилацију.

НАРОДНИ МУЗЕЈ У БЕОГРАДУ
КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ



Јасмин Паповић,

службеник за јавне набавке, члан Комисије